

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач  
Геродской клинической  
больницы № I им. Пирогова



Гутковский О.В./

П Р О Т О К О Л


медицинских испытаний опытного образца аппарата "ВИТАФОН-1"  
Основание: решение комиссии по аппаратам и приборам, применяемым  
в физиотерапии Комитета по новой медицинской технике МЗ РФ  
/протокол № I от 12.02.2001 г./

1. В период с 25.12.2002 по 11.02.2003г. в Геродской клинической больнице № I им. Пирогова проведены медицинские испытания виброреаккустического воздействия аппарата "ВИТАФОН-Т", разработанного ООО "Витафон", С.Петербург.
2. На испытание представлен I экз. аппарата "Витафон-Т", руководство по эксплуатации, паспорт и акт технических испытаний.
3. За период испытаний было проведено 192 процедуры 24 пациентам. Это больные остеохондрозом с корешковыми болями, остеоартрозом, артритом, бронхитом, гайморитом, пародонтозом и I б-ная с лактастазом.  
Методики использовались указанные в руководстве по применению.
4. Эффект больше всего выражен при подострых процессах и не длительно протекавших хронических /особенно опорно-двигательный аппарат/. Быстро ликвидировался лактастаз. Улучшения отмечались у 70% б-ных.
5. Аппарат "Витафон-Т" является улучшенной модификацией аппарата "Витафон". Аппарат прост в управлении, применяемые методики доступны не медикам, обывателям. Не отрицательный момент в работе аппарата является очень громкий звук сигнала, который не нравится некоторым больным.

Аппарат "Витафон-Т" не всегда удобно применять в физиотерапевтических кабинетах и палатах больных.

6. Аппарат "Витафон-Т" можно рекомендовать к серийному выпуску, с преимущественным применением в бытовых условиях.

Зав. отделением физиотерапии  
ИКБ № 1 им. Пирогова Н.Н.,  
г. Москва

  
Прафкус С.И./