



УТВЕРЖДАЮ

Проректор ММСИ им. Н.А. Семашко
профессор

ПРОТОКОЛ

медицинских испытаний опытного образца аппарата виброакустического "АИР"

1. В период с 10.03.94 по 20.04.94 на кафедре физиотерапии Московского медицинского стоматологического института им. Н.А. Семашко проведены испытания опытного образца аппарата "АИР".

2. Для проведения испытания представлены:

- а) опытный образец; (2 шт.)
- б) техническая документация.

3. Медицинские испытания проведены в соответствии с программой и методикой медицинских испытаний. Число пациентов 106, количество процедур на курс лечения 5-12, продолжительностью 5-30 мин.

4. Аппарат "АИР" соответствует требованиям, указанным в техническом задании. Его применяли у больных при лечении острого и хронического артрита височно-нижнечелюстного сустава, ран, рубцов, остаточных инфильтратов, пародонтита, переломов челюстей, гематом, шейного остеохондроза, тризма мышц, контрактура, миозита, острого гайморита, периодонтита, хр.колита. Положительный эффект получен в 77% случаев в виде устранения или уменьшения боли, воспалительных явлений, отделяемого из ран, отека, рассасывания инфильтратов, улучшения подвижности суставов.

5. Аппарат "АИР" соответствует требованиям медицинской практики по функциональным и эксплуатационным качествам, прост в обращении, отвечает требованиям дизайна. Предназначен для индивидуального использования. Рекомендуются к серийному выпуску.

Замечание. Необходимо изменить название "АИР", т.к. данная аббревиатура используется уже много десятилетий для обозначения аппаратов аэроионизации.

Зав.кафедрой физиотерапии ММСИ, профессор

О.И.Ефремов