



УТВЕРЖДАЮ

Профессор ММСИ им. Н.А. Семашко

Профессор

ПРОСТОЙ

медицинских испытаний аппарата вибролазерного "ВИТАФОН -ИК " .

1. На кафедре физиотерапии ММСИ проведены испытания аппарата вибролазерного "ВИТАФОН -ИК" .с 5.01.98 по 31.03.98 г.

2. Для испытаний представлены:

- а/ опытный образец,
- б/ техническая документация.

3. Медицинские испытания проведены по программе и методикам кафедры и предприятия - изготовителя. Число больных 108, количество процедур на курс лечения 6-12-18, 1-3 раза в день, продолжительностью 5- 30 мин., ежедневно.

4. Аппарат соответствует требованиям технического задания. Его применяли у больных для лечения гингивита, пародонтита, периодонтита, ран, язв трофических, артрита и артроза различных суставов, гайморита, тозиллита, стита, ринита, бронхита хронического, остеохондроза, радикулита, перелома костей, контрактуры мышц.

У больных в 79% случаев отмечено улучшение в виде уменьшения болевых явлений воспаления, отека, ускорения эпителизации и костеобразования улучшения подвижности суставов.

5. "ВИТАФОН-ИК" прост в обращении, отвечает требованиям медицинской практики по эксплуатационным качествам, имеет хороший дизайн, предназначен для индивидуального использования

Рекомендуется для серийного производства.

Зав .кафедрой физиотерапии ММСИ

профессор , академик МАИ

О.И. Ефимов